

- Ausgestellt von NMI Certin B.V.  
Hugo de Grootplein 1  
3314 EG Dordrecht  
Niederlande
- Benannte Stelle Nummer 122
- Gemäß Die Richtlinie des Rates 90/384/EEC über nichtselbsttätigen Waagen.
- Ausgestellt für A&D Instruments LTD.  
Abingdon Science Park  
Abingdon, Oxford OX14 3YS  
United Kingdom
- Für Eine Klasse **II** mit Anzeigeeinrichtung, selbstanzeigende, elektronischer einzelteil **nichtselbsttätigen Waage**.  
Hersteller : A&D  
Typ : HF und HF-G
- Charakteristiken  $n \leq 41000$  Eichwerte.  
 $\text{Max} \leq 8100 \text{ g or } \leq 40500 \text{ ct}$   
 $e \geq 10 \text{ mg or } \geq 0.05 \text{ ct}$   
 $e = 10d$   
Temperaturbereich: 10°C / 30 °C.
- Beschreibung T2699 Revision 4 enthält weitere essentiellen Charakteristiken.
- Gültig bis 23. Oktober 2005
- Beschreibung Die Waage ist schriftlich festgestellt in Beschreibung Nummer T2699  
und Revision 4 und dokumentiert in die Dokumentationsmappen Nummer T2699-1  
Dokumentation gehörend zu dieser Dokument.
- Bemerkung Diese Nachtrag EG Bauartzulassungsbescheinigung ersetzt die frühere  
Version aber nicht den Dokumentationsmappe.

Dordrecht, den 9. Dezember 1996  
NMI Certin B.V.



ing. W.A.C.M. van Leeuwen  
Manager Produktzertifizierung Electronica & Mechanica