

Ausgestellt von NMI Certin B.V.  
Hugo de Grootplein 1  
3314 EG Dordrecht  
The Netherlands

Benannte Stelle Nummer 122

Gemäß Die Richtlinie des Rates 90/384/EEC über nichtselbsttätigen Waagen.

Ausgestellt für A&D Instruments LTD.  
Abingdon Science Park  
Abingdon, Oxford OX14 3YS  
United Kingdom

Für Eine Klasse **(III)** oder Klasse **(III)**, mit Anzeigeeinrichtung, selbstanzeigende,  
elektronische einzelteil **nichtselbsttätige Waage**.  
Hersteller : A&D  
Typ : HV und HW

Charakteristiken  $n \leq 7500$  Eichwerte.  
 $30 \text{ kg} \leq \text{Max} \leq 150 \text{ kg}$  (oder das Gleiche in lb)  
 $e \geq 5 \text{ g}$

Beschreibung T2805 Revision 0 enthält weitere essentielle Charakteristiken.

Gültig bis 14. Juni 2006

Beschreibung Die nichtselbsttätige Waage ist schriftlich festgestellt in Beschreibung  
Und Nummer T2805 Revision 0 und dokumentiert in die Dokumentationsmappen  
Dokumentation Nummer T2805-1 gehörend zu dieser Dokument.

Dordrecht, den 14. Juni 1996  
NMI Certin B.V.



Ing. W.A.C.M. van Leeuwen  
Manager Produktzertifizierung Electronica & Mechanica