



Nederlands Meetinstituut

# Übersetzung

Nummer **T7198** Ausgabe 0  
Projektnummer 703999  
Seite 1 von 4

Ausgestellt von NMI Certin B.V.  
Hugo de Grootplein 1  
3314 EG Dordrecht  
Niederlande

Benannte Stelle Nummer 0122

Gemäß Die Richtlinie des Rates 90/384/EWG über nichtselbsttätigen Waagen.

Ausgestellt für A&D Instruments Ltd.  
24 Blacklands Way  
Abingdon Business Park  
Abingdon, Oxfordshire  
OX14 1DY Großbritannien

Für Eine Klasse **(III)** elektronische, **nichtselbsttätige Waage**.  
Hersteller : A&D Instruments Ltd.  
Typ : AD-6121A

Kenndaten Max 150 kg  
e = 100 g  
n = 1500 Eichwerte  
T = - Max  
Temperaturbereich +5 °C / +35 °C

In der Beschreibung Nummer T7198 Ausgabe 0 sind weitere Kenndaten aufgeführt.

Gültig bis 20. Juni 2017

Beschreibung Das Gerät ist in der Beschreibung Nummer T7198 Ausgabe 0 beschrieben und  
und im Dokumentationsordner Nummer T7198-1 dokumentiert, der zu dieser  
Dokumentation EG Bauartzulassung gehört.

Dordrecht, 20. Juni 2007  
NMI Certin B.V.

  
Ing. C. Oosterman  
Manager Produktzertifizierung

